

Juiz de Fora, 15 de março de 2024

De: Ms. Alesandro Teixeira Moraes  
**RT de Enfermagem do SAMU CISDESTE**

Para: setor de compras- setor de licitações  
**Assunto: análise de amostras do pregão eletrônico 1/2024**

Item	EMPRESA	Produto	Status
1	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
2	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 22 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
3	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 20 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
4	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 18 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
5	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
6	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	CATETER INTRAVENOSO Nº 14 MARCA VITAL	<b>REPROVADO</b>
7	HOSPI CENTER	REANIMADOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL	<b>REPROVADO</b>

**JUSTIFICATIVA DE REPROVADOS:**

- 1- Item 1,2,3,4,5,6: faltam informações sobre o produto no manual registrado na ANVISA. Material apresentou dificuldades para saída da agulha em alguns dispositivos, o que dificultaria o procedimento no atendimento da ambulância. Corpo plástico do cateter desenvolveu memória após a punção, o que pode dificultar a infusão de medicações via venosa em pacientes no trajeto da ambulância, trazendo prejuízo na estabilização do paciente. Um cateter 14 não apresentou proteção total da agulha, testemunhado por profissionais da assistência (enfermeiro Marcelo Quintanilha, técnicas de enfermagem Helen e Eliane).
- 2- Reanimadores adulto, infantil e neonatal HOSPICENTER: material não desacoplou totalmente todas as peças, o que impedirá o processo da CME em sua plenitude. .

Sem mais para o momento, me coloco à disposição.

Atenciosamente

*Alesandro Teixeira Moraes*  
Coordenador de Enfermagem  
COREN/MG 121050  
SAMU 192/CISDESTE

Ms. ALESANDRO TEIXEIRA MORAES

RT DE ENFERMAGEM DO SAMU