

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

PROCESSO Nº 023/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

OBJETO: Aquisição de Equipamentos Médicos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

EMPRESA SOLICITANTE: Samtronic Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 58.426.628/0001-33.

I- DOS ESCLARECIMENTOS:

A empresa Samtronic Indústria e Comércio Ltda. levantou os seguintes questionamentos, que foram respondidos pelo setor solicitante:

1 – Com relação ao item 1:

a) No edital solicita: “display de LCD de no mínimo 3”. Sugerimos que seja alterado para: “Possuir display de LCD de no mínimo 2,5”.

Resposta: A opção por display de tela mínima de 3" se refere a melhor visualização da tela em ambiente confinado, e em movimento. Facilita na tomada de decisão dos profissionais.

b) - Detecção de oclusão de 4 níveis, IP24, detecção de ar (é de conhecimento que as bombas de seringa não possuem essa função).

Resposta: O edital será retificado e será retirada a escrita “Detecção de ar em no mínimo 5 níveis ajustáveis (20, 50, 100, 250, 500µ).”

c) - Ajuste de pressão em no mínimo 5 níveis e 4 níveis de oclusão? (essa informação se contradiz).

Resposta: O edital será retificado e será retirada a escrita “Ajuste de pressão em no mínimo 05 níveis.”

Juiz de Fora, 10 de junho de 2024.

Daniel Vieira do Carmo
Pregoeiro

Homero Augusto da Silva Calderaro
Diretor Técnico

Alesandro Teixeira Moraes
Coordenador de Enfermagem