

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DE EDITAL

EDITAL Nº 022/2024

PROCESSO Nº 041/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024

OBJETO: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO, TROCA E FORNECIMENTO DE VÁLVULAS E PINTURAS DE CILINDROS DE GASES MEDICINAIS, para atender as necessidades do CISDESTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

EMPRESA SOLICITANTE: LUNA DISTRIBUIDORA – CNPJ:

Trata-se se pedido de esclarecimento apresentado pela empresa **LUNA DISTRIBUIDORA**, a qual solicita, através de e-mail, em 25/09/2024, esclarecimentos sobre o edital, conforme descrito abaixo:

1 - Gostaria de saber, qual seria o tamanho da válvula?

A válvula é o padrão utilizado para os cilindros de oxigênio de 0,6, 2,2 e 4m³. Caso seja necessário a empresa pode ir em nossas bases para verificar o item in loco.

A válvula de alumínio é específica para o cilindro de alumínio, com diâmetro de rosca de meia polegada.

A válvula para cilindros de aço é de 3/4 de polegada.

2 - Tinta para pintar o cilindro, vocês teriam? Qual seria a tinta?

A tinta não será fornecida pelo CISDESTE.

Para a realização da pintura, deverão ser seguidas as NBRs e regulamentações previstas pela ANVISA:

NBR - 12274

NBR - 12176

NBR - 13183

NBR - 13243

NOTA TÉCNICA Nº 105/2021/SEI/GGFIS/DIRE4/ANVISA

Juiz de Fora, 30 de setembro de 2024.

Alessandro Teixeira Moraes
Coordenador de Enfermagem



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4F6-4519-AD0A-A81B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALESANDRO TEIXEIRA MORAES (CPF 040.XXX.XXX-71) em 30/09/2024 15:19:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/E4F6-4519-AD0A-A81B>