

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EDITAL: 027/2024

PROCESSO LICITATÓRIO: 051/2024

PREGÃO ELETRÔNICO: 026/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS, para atender as necessidades do CISDESTE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Questionamento apresentado pela empresa MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA:

- Qual a capacidade de fluxo por minuto o ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL ELÉTRICO deverá possuir?

Resposta: A capacidade de fluxo por minuto o ASPIRADOR DE SECREÇÕES PORTÁTIL ELÉTRICO deverá ser de 20 litros por minuto.

Juiz de Fora, 13 de novembro de 2024.

FÁBIO RABELO
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F7B0-2FC4-B595-1DA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FÁBIO RABELO (CPF 100.XXX.XXX-02) em 13/11/2024 17:31:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisdeste.1doc.com.br/verificacao/F7B0-2FC4-B595-1DA2>